



Dente Acrílico

INDICAÇÃO DE USO

Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- ✓ Prensagem de 3 camadas.
- ✓ Aspecto natural e mamelos evidenciados.
- ✓ Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
- ✓ Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
- ✓ Modelário Europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
- ✓ Possui carga de OMC (Cerâmica Organicamente Modificada), que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão.
- ✓ Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
- ✓ Variedade de cores com alta estabilidade.
- ✓ Pigmentos biocompatíveis.
- ✓ Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
- ✓ Cumpre ISO 22112
- ✓ Angulação de 35° nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.



MODELOS

Anteriores Superiores:

OV2, OV4, OV6, RE2, RE4, RE6, QU2, QU4, QU6, TR2, TR4, TR6.

Anteriores Inferiores:

I12, I14, I16, I18, I20, I22.

Posteriores Superiores e Inferiores:

PS/PI, MS/MI, GS/GI, GGS/GGI.

CORES

A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, C2.

Tabela de articulações

Formato do dente de acordo com o biotipo		Anteriores Superiores	Anteriores Inferiores	Posteriores Superior/Inferior
Ovalado ●		OV2 OV4 OV6	I12/I14 I16/I18 I20/I22	PS/PI + MS/MI MS/MI + GS/GI GGS/GGI
Retangular ■		RE2 RE4 RE6	I12 I14/I16 I18	PS/PI + MS/MI MS/MI + GS/GI GS/GI + GGS/GGI
Quadrado ■		QU2 QU4 QU6	I14 + I16 I18 I20 + I22	PS/PI + MS/MI GS/GI GGS/GGI
Trapezoidal ▲		TR2 TR4 TR6	I14 I16 I18	PS/PI + MS/MI MS/MI + GS/GI GGS/GGI



COMPOSIÇÃO

- Polimetilmetacrilato
- EDMA
- Fluorescente
- Pigmentos Biocompatíveis
- Cerâmica Organicamente Modificada

INSTRUÇÕES DE USO

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes à base da prótese, tirar o brilho da base dos dentes com uma ferramenta abrasiva. Antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com removedor de ceras REMOVEC.

RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE: Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos e álcalis.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

Conservar ao abrigo de luz e calor.

Somente para uso odontológico.

Utilizar tabela de articulação e escala de cor Supremo.

CONTRAINDICAÇÕES

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

VALIDADE: 10 anos a partir da data de fabricação.

ANVISA:

Registro ANVISA Nº: 81912530001

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291